

Ozorków, dnia 24/10/2018 r.

L.271.4.2018

Odpowiedzi


dotyczy postępowania: **Dostawa produktów medycznych i wyrobów medycznych tj. leki, sprzęt jednorazowy, środki opatrunkowe, odczynniki i sprzęt laboratoryjny, odczynniki i materiały rentgenowskie, materiały i przyrządy stomatologiczne, środki stosowane do odkażania, szczepionki**

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły do Zamawiającego pisma z następującymi pytaniami od Wykonawców:

1. Czy Zamawiający miał na myśli w **Pakiecie nr 17 poz. 4** szczoteczki cytologiczne do jednoczesnego pobierania wymazów z kanału szyjki macicy, tarczy i strefy transformacji, odpowiadające aktualnym wymaganiom zasadniczym dla wyrobów medycznych Ministerstwa Zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011r. i Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące standardu postępowania w zakresie pobierania rozmazów cytologicznych? **Odpowiedź: NIE**
2. Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 17, poz.4**, miał na myśli szczoteczki do pobierania wymazów z kanału szyjki macicy? **Odpowiedź: TAK**
3. Czy Zamawiający w Zadaniu 4, poz. 2 wymaga kamer z akrylu typu Fast Read z pojedynczą regularną siateczką i poj. celki 7ul, do analizy 10 różnych próbek moczu o wymiarach kamery 83 x 39mm? **Odpowiedź: TAK**
4. Czy Zamawiający w Zadaniu 4, poz. 5 wymaga, aby probówka oprócz kołnierza posiadała również znaczniki objętości 0.5/1/2.5/5/10ml? **Odpowiedź: NIE**
5. Czy Zamawiający w Zadaniu 4, poz. 13 wymaga wymazówek klasy medycznej Iia? **Odpowiedź: TAK**
6. Czy Zamawiający w Zadaniu 4, poz. 13 wymaga udokumentowanej przeżywalności szczepów do 72 godzin? **Odpowiedź: NIE**
7. Czy Zamawiający w Zadaniu 4, poz. 13 wymaga wymazówek spełniających normę kontroli jakości M40-A2 ? **Odpowiedź: TAK**
8. Czy Zamawiający w Zadaniu 4, poz. 17 wymaga nakłuwaczy w kształcie grzybka typu Medlance? **Odpowiedź: nakłuwacze typu Medlance**

Odpowiedzi nie powodują zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

Termin składania ofert: 29/10/2018 r. godz. 11:00

DYREKTOR
Miejskiej Przychodni Zdrowia
w Ozorkowie

mgr Elżbieta Świdorska