

L.271.2.2022

ODPOWIEDŹ I MODYFIKACJA

Dotyczy: **Zakup i montaż cyfrowego aparatu RTG**

W dniach 9-13/07/2022 r. wpłynęły drogą elektroniczną pisma z pytaniami o następującej treści (Zamawiający odpowiedzi udziela bezpośrednio pod pytaniem):

„Pytanie 1. Pkt. 117

Zamawiający oczekuje konfiguracji oraz uruchomienia w systemie wszystkich urządzeń DICOM obecnie użytkowanych przez Zamawiającego. Prosimy o podanie typu, modelu jak również producenta w/w urządzeń oraz informacji czy w/w urządzenia posiadają aktywne licencje DICOM/Worklist. Prosimy również o informację czy ewentualne koszty serwisowe po stronie dostawców w/w sprzętu diagnostycznego związane z ich podłączeniem w systemie PACS ponosić będzie Zamawiający czy Wykonawca?

Obecnie Zamawiający przewiduje podłączenie tylko aparatu rtg który jest przedmiotem postępowania.

Pytanie 2. Pkt. 118

Czy Zamawiający dopuści oprogramowanie oparte o moduł licencjonowania w zakresie: wielkości przestrzeni obrazowej, ilości jednoczesnychostępów do przeglądarki DICOM w gabinetach lekarskich?. Tym samym prosimy o określenie docelowej wielkości wymaganej przestrzeni obrazowej (przy założeniu 1TB/rok=1xurządzenie diagnostyczne), oraz ilości licencji jednoczesnego dostępu do przeglądarki DICOM dla użytkowników.

Uzasadnienie: Opisane wymaganie narusza przepisy wolnej konkurencji dla uznanych Wykonawców których cenniki zostały oparte o model licencyjny.

Zamawiający na etapie zamówienia nie jest w stanie przewidzieć ile badań będzie wykonywanych w przyszłości, jak również w ilu gabinetach wówczas będą obrazy przeglądane. Mając na uwadze co najmniej 10-o letni obowiązek archiwizacji obrazów, Zamawiający nie chce ponosić dodatkowych kosztów w przypadku zwiększenia w przyszłości liczby wykonywanych badań czy też podłączenia kolejnych gabinetów lekarskich. Zamawiający podtrzymuje zapisy.

Pytanie 3. Pkt. 122

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu automatycznego przetwarzania na standard DICOM oraz archiwizacji dokumentów dostarczanych w formacie .PDF?

Uzasadnienie: Wymagana funkcjonalność narusza przepisy wolnej konkurencji preferując konkretnego Wykonawcę.

Format PDF jest powszechnie stosowany. W formacie tym oprócz dokumentów które może przynieść ze sobą pacjent należy spodziewać się również opisów badań, w tym również opisów odsyłanych z systemu Teleradiologii. Zamawiający oczekuje że wszystkie te dokumenty będą możliwe do przeglądania w jednej przeglądarce i zarchiwizowane na serwerze PACS w standardzie DICOM. Zamawiający podtrzymuje zapisy.

Pytanie 4. Pkt. 140, 141, 142

Czy Zamawiający dopuści oprogramowanie przeglądarki obrazów DICOM z instalacją na lokalnej stacji klienckiej z zachowaniem pełnej integralności z oferowanym systemem PACS jak i integrowanym systemem mMedica?. Dostęp do obrazów w jakości referencyjnej JPEG odbywać się będzie z wykorzystaniem przeglądarki internetowej uruchamianej poprzez link dostępny w systemie mMedica.

Uzasadnienie: Wymagana funkcjonalność narusza przepisy wolnej konkurencji preferując konkretnego Wykonawcę.

Opisana w SWZ funkcjonalność braku konieczności instalacji przeglądarki na lokalnych stacjach klienckich, w oparciu o przeglądarki internetowe jest często stosowanym rozwiązaniem. Ułatwia ono pracę zarówno obsłudze informatycznej jak i personelowi który chciałby z takiej przeglądarki skorzystać na komputerze na którym wcześniej obrazy nie były jeszcze wyświetlane. Zamawiający oczekuje dostępu do obrazów o możliwie najlepszej jakości czego nie gwarantują obrazy referencyjne. Zamawiający podtrzymuje zapisy.

Pytanie 5. Pkt. 200-205- Integracja z mMedica

Zamawiający oczekuje komunikacji oferowanego systemu PACS z systemem mMedica za pomocą protokołu HL7 w wersji 2.x. Prosimy o informację czy Zamawiający posiada aktywną licencję HL7 dla systemu mMedica, czy koszty ewentualnych integracji systemowych ponosić będzie Wykonawca czy Zamawiający. Jednocześnie w celu zapewnienia możliwości otrzymania odpowiednich ofert handlowych i serwisowych, prosimy o podanie danych kontaktowych do podmiotu sprawującego wsparcie techniczne dla aplikacji mMedica po stronie Zamawiającego.

Zgodnie z dokumentacją firmy Asseco, komunikacja systemu mMedica z systemem PACS odbywać się ma za pomocą protokołu HL7 CDA v3. Konfigurację systemu mMedica i ewentualne licencje niezbędne do uruchomienia integracji po stronie mMedica ponosi Zamawiający.

Pytanie 6. Pkt. 207 - Dodatkowe wymagania dla systemu PACS i modułu opisu

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu przekazania wszystkich niezbędnych haseł i kodów do oferowanego systemu PACS, zmieniając ich zakres na zapis: „Uprawniony użytkownik otrzymuje wszystkie niezbędne hasła/kody umożliwiające dostęp administracyjny do systemu operacyjnego, systemu PACS z możliwością jej przeglądu”

Uzasadnienie: Oferowane rozwiązanie stanowi certyfikowany produkt medyczny zgłoszony i zarejestrowany w odpowiedniej klasie (IIB), przechodzący cyklicznie odpowiednie procedury sprawdzające poprawność technologiczną. Tym samym w celu zachowania bezpieczeństwa oraz poprawności archiwizowanych danych, pełny dostęp do baz jak i struktur programistycznych powinien być zapewniony przez akredytowany serwis lub samego producenta w/w aplikacji.

Zamawiający oczekuje możliwości pełnej administracji systemem PACS, bez konieczności angażowania serwisu firmy dostarczającej system. Oprócz tego Zamawiający oczekuje możliwości dostępu do bazy danych w celu wykonania dowolnych zapytań. Nie jest intencją Zamawiającego edycja bazy danych czy też jej modyfikacja i takich uprawnień nie wymaga. Nie stanowi to zatem niebezpieczeństwa dla produktu. Zamawiający podtrzymuje zapisy.

Czy wraz z cyfrowym aparatem rtg należy zaoferować zestaw do wykonywania testów podstawowych wymaganych dla cyfrowego aparatu ogólnodiagnostycznego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz.U. 2017 poz. 884) - 1 komplet, co najmniej:

- 1) standardowy fantom rentgenowski ogólnodiagnostyczny o wymiarach 31 x 31 cm i grubości 1 cm do testów geometrii i rozdzielczości
- 2) uchwyt do mocowania standardowego fantomu rentgenowskiego ogólnodiagnostycznego na statywie płucnym aparatu rtg,
- 3) fantom równoważny pacjentowi zakrywający całe okno kolimatora, dwuczęściowy (np. 25mm + 10 mm Al), niezbędny do wykonywania wszystkich testów podstawowych, w tym testów systemu AEC,
- 4) Program komputerowy online wspomagający wykonywanie testów podstawowych cyfrowych aparatów rtg (automatyczne obliczenia, generowanie raportów itp) - licencja ważna co najmniej w okresie gwarancji na oferowany aparat rentgenowski

Zamawiający określił wymagane wyposażenie dodatkowe w punkcie 112

W projekcie Umowy § 6 KARY UMOWNE w punkcie 4, Zamawiający określił : „Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy wynosi 50% wartości brutto kwoty określonej w § 3 ust. 1 umowy” Z uwagi na wartość brutto całości zamówienia, określona powyżej maksymalna wysokość kar na poziomie do 50 % wydaje się zawyżona. Standardowo w tego typu postępowaniach kary umowne nie przekraczają 10-20% wartości zamówienia. Czy zamawiający zgodzi się na obniżenie maksymalnej wysokości kar do poziomu 10% kwoty brutto całości zamówienia

Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości maksymalnej wysokości kar do poziomu 20%. W związku z powyższym §6 ust 4 i nadaje się mu brzmienie:

„Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy wynosi 20% wartości brutto kwoty określonej w § 3 ust. 1 umowy.”

W oparciu o art. 286 ust 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) w uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ. W związku z koniecznością udzielenia odpowiedzi na pozostałe pytania, jakie wpłynęły w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający wydłuża termin składania ofert, więc zmianie ulega treść:

XVII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ i otrzymuje brzmienie w pkt 1:

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 24/08/2022 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XVIII. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT pkt 1 oraz 3 otrzymują brzmienie:

1. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę Miniportal do dnia 26/07/2022 r. do godziny 10:00.
3. Otwarcie ofert nastąpi na platformie Miniportal w dniu 26/07/2022 r. o godzinie 11:00

Odpowiedź ta wpływa na treść ogłoszenia w tym samym zakresie
Termin składania ofert - 26/07/2022 r. do godz. 10:00

Z up. Dyrektora

Beata Ciestak

